

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta de junta de aclaraciones de la licitación No. LAE-CAPDAM-11-2022 referente a la: **“SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA AGUA DE ABASTO PUBLICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANO NOM-127-SSA1-2021.”** de conformidad como se establece en la convocatoria y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

ASUNTOS TRATADOS:

1.- Lugar y Fecha

- En la Ciudad de Manzanillo, Colima, siendo las **12:00 horas** del día **16 de Diciembre** del año **2022**, se reunieron en la Sala de juntas de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, ubicada en el domicilio Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia península de Santiago.

2.- Preside el Acto

- Presidió el acto el **ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO**, en mí carácter de *Director de Administración y presidente del Comité de Compras* en representación de la CAPDAM.

3.- Motivo

- Realizar la junta de aclaraciones para la: **“SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA AGUA DE ABASTO PUBLICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANO NOM-127-SSA1-2021.”** del procedimiento de licitación No. LAE-CAPDAM-11-2022.

4.- ACLARACIONES DE LA DEPENDENCIA A LOS LICITANTES

Por parte de la empresa: LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS, S.A. DE C.V.

No. Preg.	Punto al que hace Referencia	Duda o Aclaración	Respuesta
1	LICITACIÓN No. LAE-CAPDAM-11-2022 SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA AGUA DE ABASTO PUBLICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANO NOM-127-SSAA1-2021 ANEXO 1, RELACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO POZOS URBANOS (SUBTERRANEOS) PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE LA NOM-127-SSA1-2021	DADO QUE EL ANEXO 1 NO CUENTA CON CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ¿SE DEBE CONSIDERAR QUE LOS MUESTREOS SE REALICEN EN SOLO UNA CAMPAÑA?	Los 28 sitios de muestreo por las distancias entre las fuentes de abastecimiento y el protocolo de muestreo se realizarán en dos fechas diferentes después del 27 de abril del 2023 en que la norma NOM-127-SSA1-2021 ya es obligatoria. Ambos muestreos serán ejecutados en días hábiles durante el mes de Mayo 2023.
2	LICITACIÓN No. LAE-CAPDAM-11-2022 SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA AGUA DE ABASTO PUBLICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANO NOM-127-SSAA1-2021 ANEXO 1, RELACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO POZOS URBANOS (SUBTERRANEOS) PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE LA NOM-127-SSA1-2021	TENIENDO EN CUENTA QUE LA NORMA 127 SSA1 2021 ENTRA EN VIGOR A PARTIR DE ABRIL 2023, PARA HACER EVALUACION DE LA CONFORMIDAD LOS SERVICIOS DEBEN REALIZARSE APARTIR DE ESTA FECHA, EN CASO DE INICIAR LOS SERVICIOS ANTES DE QUE LA VERSION 2021 ENTRE EN VIGOR, NO SE ESTARIA DANDO CUMPLIMIENTO NORMATIVO. ¿CUAL SERA LA PERIODICIDAD EN EL AÑO?	MUESTREO ÚNICO POR FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN EL MES DE MAYO 2023 EN DOS DÍAS HÁBILES DIFERIDOS.

3	LICITACIÓN No. LAE-CAPDAM-11-2022 SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA AGUA DE ABASTO PUBLICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANO NOM-127-SSAA1-2021 ANEXO 1, PARAMETROS PARA POZOS URBANOS (SUBTERRANEOS)	DADO QUE EL OBJETIVO DE LA PRESENTE LICITACION ES HACER LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA. ¿EL LABORATORIO PARTICIPANTE DEBE REALIZAR EN SU TOTALIDAD LOS ANALISIS DEL ALCANCE DE LA NOM 127 SSA1 2021?	SI, SE DEBEN REALIZAR TODOS LOS PARÁMETROS INDICADOS EN EL ANEXO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE CADA FUENTE DE ABASTECIMIENTO.
4	LICITACIÓN No. LAE-CAPDAM-11-2022 SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA AGUA DE ABASTO PUBLICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANO NOM-127-SSAA1-2021 ANEXO 1, PARAMETROS PARA POZOS URBANOS (SUBTERRANEOS)	EN EL CASO DE SER PERMITIDA LA PARTICIPACION CONJUNTA Y/O SUBCONTRATACION. ¿EL LABORATORIO INTERESADO EN PARTICIPAR DEBERA PRESENTAR CARTA EN LA QUE EL LABORATORIO SUBCONTRATADO ACEPTA LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LICITACION Y POR LO CUAL SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION DE LA PROPUESTA EL NO NOTIFICAR EN DICHA PROPUESTA LA PARTICIPACION CONJUNTA Y/O LA SUBCONTRATACION Y EL NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO?	Si el laboratorio no cuenta con la acreditación de todos los parámetros establecidos en la NORMA NOM-127-SSA1-2021 deberá presentar en la propuesta convenio de colaboración y la ACREDITACIÓN VIGENTE ANTE LA CONAGUA Y ANTE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN de ambos laboratorios.
5	LICITACIÓN No. LAE-CAPDAM-11-2022 SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA AGUA DE ABASTO PUBLICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANO NOM-127-SSAA1-2021 ANEXO 1, PARAMETROS PARA POZOS URBANOS (SUBTERRANEOS)	LOS PARAMETROS MENCIONADOS EN LA PRESENTE LICITACION CORRESPONDEN A LA 1RA FASE DE NOM 127 SSA1 2021, Y DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 5.10.1 DE DICHA NORMA: "En caso de sobrepasar alguno de los límites permisibles de los grupos de compuestos orgánicos sintéticos de la	SI, PREVIA INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DE LA NOM 127 SSA1 2021, PRESENTANDO EN SU PROPUESTA ECONÓMICA UN DESGLOSÉ POR ESTE PUNTO POR FUENTE DE ABASTECIMIENTO.

		Tabla 14 de esta Norma, el organismo responsable deberá analizar los compuestos orgánicos asociados establecidos en el Apéndice A Normativo de esta Norma correspondientes al grupo de compuestos orgánicos sintéticos que sobrepase el límite permisible” DE NO REALIZAR ESTOS ANALISIS NO SE ESTARA DANDO EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE FORMA COMPLETA. ¿DEBERAN DE SER CONSIDERADOS LOS ANALISIS ANTES MENCIONDOS DEL APENDICE A, EN LA PRESENTE PROPUESTA?	
6	LICITACIÓN No. LAE-CAPDAM-11-2022 SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA AGUA DE ABASTO PUBLICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANO NOM-127-SSAA1-2021 ANEXO 1, RELACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO POZOS URBANOS (SUBTERRANEOS) PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE LA NOM-127-SSA1-2021	PARA HACER UNA CORRECTA EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA. ¿ES POSIBLE QUE SE PROPORCIONE LA UBICACIÓN Y/O COORDENAS GEOGRAFICAS ANTES DE LA FECHA LIMITE PARA ENTREGAR LA PROPUESTA?	Al respecto son 9 (nueve) los pozos ubicados en municipio de armería y el resto están ubicados en zona urbana del municipio de manzanillo.

Preguntas que formulan los licitantes de forma presencial:

R: No hubo preguntas.



5.-FECHA, HORA Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

Se cita a los interesados, a las 14:00 horas del día 22 de Diciembre del 2022, para llevar a cabo la presentación de las propuestas técnica en la sala de juntas de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, sita en Blvd. Miguel de la Madrid No. 12575, Colonia península de Santiago, Manzanillo, Colima.



6.-FINAL

En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener ninguna pregunta que formular a la convocante, se hace constar que, al término de la presente, se entrega copia del acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente, siendo las 12:15 horas del mismo día de su inicio firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

ASISTENTES:

POR LAS EMPRESAS QUE ASISTIERON A LA JUNTA DE ACLARACIONES		
Dependencia o Empresa	Representante	Firma
NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ


POR LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO.	
Nombre	Firma
ING. ENRIQUE CASTILLO NAVARRO DIRECTOR ADMINISTRATIVO PRESIDENTE DEL COMITÉ.	
ING. JOSÉ JESÚS ÁLVAREZ ECHAVE DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN PRIMER VOCAL.	
L.C.P. GRETEL AMAYRANI PADILLA JAIME JEFE DE DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. HÉCTOR JESÚS VALDES MAGAÑA DIRECTOR COMERCIAL SEGUNDO VOCAL.	
ING. MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA ARÉVALO DIRECTOR DE OPERACIÓN TERCER VOCAL.	
LIC. JUAN ROBERTO DELINO ROSALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN REPRESENTACIÓN DE LA L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO DIRECTOR DE FINANZAS QUINTO VOCAL.	
LIC. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO ASESOR.	
LIC. RICARDO SOTELO GARCÍA DIRECTOR DE CONTRALORÍA ASESOR.	
LIC. FLOR JAZMÍN CEJA VALDEZ. JEFE DE RECURSOS MATERIALES SECRETARIO DEL COMITÉ.	

Esta Hoja forma parte de la Junta de Aclaraciones del concurso mediante el procedimiento de Licitación Pública Estatal No. LAE-CAPDAM-11-2022, que efectúa el Comité de compras para la contratación de los trabajos referente a la: "SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA AGUA DE ABASTO PUBLICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANO NOM-127-SSA1-2021."

REGISTRO DE LICITANTES E INVITADOS, PARA PARTICIPAR AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LAE-CAPDAM-11-2022, RELATIVO A LA: "SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA AGUA DE ABASTO PUBLICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO URBANO NOM-127-SSA1-2021."

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	NOMBRE DE LA EMPRESA O DEPENDENCIA	FIRMA
1			
2			
3			
4			

POR LA CAPDAM

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Riguel Angel Cordova Aranda	Director de Operación	
2	Flor Jazmin Ceja Valdez	Jefe de Departamento de Recursos Materiales	
3	Juan Roberto Delmo Rosales	Jefe Dep. C Contabilidad y d	
4	José Albita Reyes Hueso	Jefe de Recursos	
5	Arételes Amayrani Padilla Jaime	Jefe Departamento Cobranza y Cartera vencida	
6	Abel de la Alvaraz Echave	Director de Construcción	
7	Ricardo Sorelo Garcia	Dir. de Contratación	
8	Enrique Castillo Obregon	Dir. Adm. n	
9			

MANZANILLO, COL A16 DE DICIEMBRE DE 2022.